

# ATTESTATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

## N° ESC 22 - 002

*Demandeur :* **PHARMAOUEST INDUSTRIES**  
**groupe WINNCARE**  
ACTIPOLE 2  
35 540 MINIAC-MORVAN  
N° SIRET : 321 484 7920056

*Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s):*

**Support à air motorisé CAIRFLOW PM100A EVO DIGITAL**  
**Références: 826700; 826701; 826702**

*équipé(s) de :*  
**Compresseur** référence 826780

**Sur matelas à air motorisé** à pression alternée d'une hauteur de plus de 12 cm d'air thérapeutique

**Support** (Mousse 100% Polyuréthane de 37 kg/m<sup>3</sup> - 80 mm)

**Housse** CARTEX (65% Polyuréthane + 35% Polyester) - 140 g/m<sup>2</sup>

**Enveloppe PU**

*remplit(remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur :*

**Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations relatifs aux coussins, matelas et surmatelas d'aides à la prévention des escarres suivant l'avis du 22 décembre 2009.**

*suivant les observations et résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais FCBA:*

**Pour les tests matériaux** : n° MA 20-0019-0354, MA 20-0019-0353, MA 20-0019-0355, MA 20-0019-0356, P176611 DE/2, MA 20-0019-0321, MA 22-0091-0843, MA 20-0019-0324, MA 20-0019-0327, MA 20-0019-0326, MA 20-0019-0327, MA 20-0019-0325

**Pour les tests feu** : n° FE 22-0229-1230, FE 22-0229-1231

**Pour les mesures de répartition de pression** : n° MA 22-0091-0841, MA 22-0091-0842

**Pour la notice d'utilisation** : n° MA 20-0019-0317

Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraîne la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modifications éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE ESSAIS & MESURES du FCBA qui décidera de la suite à donner.

La présente ATTESTATION DE CONFORMITE ne concerne que le(s) produit(s) soumis à l'examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication. Le FCBA ne peut s'assurer ni garantir que le produit n'a fait l'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Champs Sur marne, le 03/10/2022

Suivi du dossier

Responsable de section